

# AT-01

## アルコールチェッカー

### 一般仕様

測定表示範囲	0.1mg/L以下(LO表示) 0.1~0.75mg/L 0.75mg/L以上(HI表示)
アラーム設定値	0.15mg/L
使用温湿度	0~+40℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+50℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
電源	単4電池(1.5V)2個
寸法・重量	W39×H100×D19、約46g
付属品	取扱説明書、マウスピース(ストロー)×3本
校正	不可

泥酔状態	0.5mg/L以上	●かなり酔っています。気を付けましょう。手足の動作がおぼつかなくなり、歩くときよろめき、独りでコートを置かれなくなります。
酒酔状態	0.25~0.5mg/L未満	●酔っています。健康上、今が切り上げどきです。体調上、鼻や呼吸が速くなります。大声でしゃべり、よく笑います。マッチをつけ慣らうことがあります。
酒気帯り状態	0.15~0.25mg/L未満	●ほろ酔い加減です。気分爽快、疲労感が取れ、固スッキリ、わずらわしいことを忘れ、愉快な気分になります。
素面状態	0.15mg/L未満	※素面状態であっても、飲酒したら車の運転は控えましょう。

注) ※飲酒時の車の運転は、禁止されています。※アルコールに対する反応には個人差があります。

# SA-02

## デジタル塩分計

### 一般仕様

オートパワーオフ機能	約30秒後に動作(解除可能)
使用温湿度	0~+50℃、70%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(結露のないこと)
電源	単4電池(1.5V)3個
電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用時)
寸法・重量	W48×H147×D29mm、約135g(電池含む)
付属品	取扱説明書、センサキャップ
校正	不可

### 電気的性能

測定範囲	塩分濃度測定	0.0~10.0% (-5~+60℃)
	温度測定	-20~+60℃
分解能	塩分濃度測定	0.1%
	温度測定	0.1℃
精度	塩分濃度測定	±0.1% (0~0.9%) ±0.2% (1.0~1.9%) ±0.3% (2.0~2.9%) ±0.5% (3.0~4.9%) ±0.7% (5.0~5.9%) ±1.0% (6.0~7.9%) ±1.5% (8.0~10.0%)
	温度測定	±1.0℃ (-20~+0.0℃、+45~+60℃) ±0.5℃ (上記以外)