

FNIRSI

GC-01

Nuclear radiation detector

Nuclear Radiation Detector

放射線測定器: GC-01



食品や金属
等の検査



大理石・鉱石
等の検査



原子力産業の
放射能検出



放射性医療機器
のテストに




Nuclear radiation detector

INTRODUCTION

本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。
電離放射線（ベータ粒子、ガンマ線、X線）の強度を検出する測定器です。

プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。

そして、接続された電子機器によって記録されます。
アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。



ガイガーミュラー計数管



大容量1100mAh



リアルタイム・モニタリング

技術仕様

製品型番 GC-01

線量等価率

0.00-10000 μ Sv/h(10mSv/h)

検出光線の種類

Y線、X線、 β 線

検出機 エネルギー補正GM管

累積線量当量

0.00 μ Sv-500.0mSv

サイズ

120x78x27mm



Download manuals
取扱説明書 [英語]